



ORÇAMENTO

Comercial Soares & Mota Ltda <adm@soaresmota.com.br>
Para: compras@po.mg.gov.br

16 de abril de 2018 15:08

Boa tarde

Segue orçamento, segue sugestão de alteração que é mínima

CARDIOVERSOR BIFÁSICO

1.APLICAÇÃO GERAL:

UTILIZADO PARA PROMOVER DESFIBRILAÇÃO/CARDIOVERSÃO A PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS, COM OS SEGUINTE MODOS DE OPERAÇÃO: CARDIOVERSÃO; DESFIBRILAÇÃO MANUAL; MONITORAÇÃO DE ECG; DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DEA); MARCAPASSO EXTERNO; OXIMETRIA DE PULSO (SPO2); PRESSÃO NÃO INVASIVA.

2.CARACTERÍSTICAS DO DESFIBRILADOR:

PORTÁTIL; CONTROLADO POR MICROPROCESSADOR; ONDA BIFÁSICA; MODO DE OPERAÇÃO: SÍNCRONO; ASSÍNCRONO; DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMÁTICA ("DEA"); CARGA MÁXIMA REGULÁVEL: MÍNIMO 200 JOULES; MENOR ENERGIA DISPONÍVEL 1J; TEMPO DE CARREGAMENTO EM CARGA MÁXIMA: 06 SEGUNDOS; TEMPO DE DESCARGA INTERNA AUTOMÁTICA EM CASO DE INTERRUPÇÃO DO PROCEDIMENTO: 60 SEGUNDOS; SISTEMA DE ANÁLISE DE IMPEDÂNCIA TORÁCICA PARA GARANTIR A ENTREGA DE ENERGIA SELECIONADA PELO OPERADOR; DETECÇÃO AUTOMÁTICA DO BATIMENTO CARDÍACO ATRAVÉS DAS PÁS; TESTE DE DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO DIÁRIO; MEMÓRIA INTERNA NÃO VOLÁTIL, CAPAZ DE ARMAZENAR 01 HORA DE EVENTOS (COM DATA E HORA) E TRAÇADO DE ECG; INSTRUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA RCP; DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL.

3.CARACTERÍSTICAS DO MONITOR:

INTEGRADO NO EQUIPAMENTO; TELA COLORIDA: CRISTAL LÍQUIDO (LCD); DIMENSÃO EM DIAGONAL VISÍVEL: ≈ 6,5 POLEGADAS; APRESENTAÇÃO NUMÉRICA DA FREQUÊNCIA CARDÍACA; APRESENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 3 CURVAS **DE ECG (RETIRAR) NA TELA**; INDICAÇÃO DAS FASES: CARREGANDO; CARGA COMPLETA; DESCARREGANDO; DESARMANDO;

4.MONITORAÇÃO DE ECG:

MONITORAÇÃO ATRAVÉS: DAS PÁS; DE ELETRODOS; FREQUÊNCIA CARDÍACA NA FAIXA DE: = 16 A = 300 BPM; ALARMES AUDIOVISUAIS E/OU ALERTAS DE BRADICARDIA; TAQUICARDIA; ELETRODO SOLTO;

5.CARACTERÍSTICAS DO REGISTRADOR:

IMPRESSORA TÉRMICA; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 12,5, 25 OU 50 MM/S; MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL; AUTOMÁTICO; RELATÓRIO DE DESFIBRILAÇÃO CONTENDO: PARÂMETROS DE DESCARGA; CURVA DE ECG, ANTES E APÓS DESCARGA; FREQUÊNCIA CARDÍACA; DATA E HORA;

6.DESFIBRILAÇÃO AUTOMÁTICA EXTERNA (DEA):

AJUSTE AUTOMÁTICO DA ENERGIA DO CHOQUE ENTREGUE AO PACIENTE DE ACORDO COM A IMPEDÂNCIA MEDIDA NO TÓRAX; CHOQUE HABILITADO SOMENTE SE O PACIENTE ESTIVER COM FIBRILAÇÃO VENTRICULAR OU COM TAQUICARDIA VENTRICULAR; INSTRUÇÕES AUDIOVISUAIS DE

TODAS AS ETAPAS DO PROCEDIMENTO DE DESFIBRILAÇÃO E ANÁLISE; 01 ANO DE DURABILIDADE DO ELETRODO SEM UTILIZAÇÃO; PROTOCOLO CONFIGURADO DE FÁBRICA DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES;

7.MARCAPASSO EXTERNO NÃO INVASIVO:

MODOS DE OPERAÇÃO: FIXO;POR DEMANDA; FREQUÊNCIA, NA FAIXA DE = 30 A = 180 PPM;

DURAÇÃO DO PULSO DE 40 MS; AMPLITUDE DO PULSO DE = 10 A = 140 MA.

8.OXIMETRIA DE PULSO SPO2:

NA FAIXA DE MEDIDA DE = 10 A 100%, COM MEDIÇÃO DE PULSO DE = 30 A = 254 BPM, COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, BARGRAPH.

9.PRESSÃO NÃO INVASIVA:

POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO COM MEDIDAS DA PRESSÃO SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA, OPERAÇÃO EM MODO MANUAL, MODO AUTOMÁTICO PROGRAMÁVEL DE = 03 A = 120 MINUTOS.

10.CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS:

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT;BATERIA COM RECARREGAMENTO AUTOMÁTICO; TEMPO PARA RECARGA TOTAL DA BATERIA: = 05 HORAS; AUTONOMIA DE = 2,5 HORAS DE MONITORAÇÃO CONTÍNUA DE ECG OU 100 CHOQUES EM CARGA MÁXIMA;

11.ACESSÓRIOS:

01 PAR COMPLETO DE PÁS EXTERNAS PARA UTILIZAÇÃO EM PACIENTES: ADULTO;PEDIÁTRICO; 01 CABO PACIENTE COMPLETO DE ECG; 02 ROLOS E/OU PACOTES DE PAPEL TÉRMICO PARA REGISTRO; 01 CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS DESCARVÁVEIS ADULTO; 01 CONJUNTO DE PÁS ADESIVAS PEDIÁTRICAS; 01 SENSOR DE OXIMETRIA PERMANENTE PARA PACIENTE ADULTO; 01 MANGUITO DE PNI PARA PACIENTE ADULTO;

DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR O PERFEITO E COMPLETO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS.

Murilo Soares Mota

Administrador

Cel: (34)98835-8655

Pabx: (34)3825-6532

Email: adm@soaresmota.com.br

Skype: murilosoaresmota

Comercial Soares & Mota Ltda

08.648.188/0001-90



PRESIDENTE OLEGÁRIO 16-04-2018 HOSPITALAR.pdf

194K