



Presidente Olegário, 18 de abril de 2018

Ofício nº57/2018

Assunto: Solicitação (FAZ)

De: Coordenação do Hospital Municipal Darci José Fernandes.

Para: Compras

Prezado(a) Sr(a),

Sirvo-me do presente, respeitosamente, para responder ao questionamento feito pela Biosevis Eletromedicina Ltda e Comercial Soares.

Item 04 - Cardioversor Bifásico

1 - Tempo de carga = 5 horas; Solicitado aumento do tempo de recarga para 8 horas.

- O tempo para recarga é uma característica importante, pois utilizaremos este equipamento para realização de monitorização durante o transporte de pacientes graves e instáveis. Três horas a mais no tempo de recarga pode definir o desfecho do caso clínico, já que somos um Hospital de pequeno porte, sem alta complexidade.

2 - Mínimo de 3 curvas de ECG simultaneas; Solicitado a retirada do item.

- As 3 curvas aumentam a segurança na avaliação do ECG do paciente

- Algumas marcas que atendem a descrição: Lifemed; Inomed; Phillips.

Manoel

Item 06 - DEA Automático

Comparei o folder do DEA enviado e acredito, que o mesmo não atende nos seguintes requisitos:

- Certificação IP 56, contra entrada de poeira e água;
- Monitorização contínua de no mínimo 6 horas e 03 anos em standby.

- A proteção contra poeira e água são importantes. Somos um município onde se predomina povoados rurais. Como o objetivo do DEA é atender principalmente a população rural, que tem dificuldade de chegar rapidamente ao Pronto atendimento, a proteção contra poeira é importante. Por se tratar de um equipamento médico-hospitalar é importante que ele seja resistente a água, visto que durante a limpeza e desinfecção, o aparelho pode ser danificado, como já ocorreu.

- Como dito anteriormente, a extensa zona rural do município, dificulta o acesso à rede elétrica e o funcionamento em Standby by, nos permite alcançar as diversas regiões do município.

- Algumas Marcas que atendem ao descritivo: Lifepak; AED Plus(Zoll) Samaritan da Heartsine.



Verônica Resende Ferreira e Silva
COREn-MG 96750, mat. 5295
Coordenação do Hospital Municipal
Darci José Fernandes



Marco Túlio Vieira Riveiro
CRM-MG 64277
Diretor Técnico do Hospital Municipal
Darci José Fernandes